湿度调整,校准容器

型号: MD046

校准或调整仪器测量空气相对湿度的精度误差.

密封容器内形成相对湿度测量环境,固定相对湿度探针.相对湿度值取决于容器内采用的湿度方案.

用于HM023 10% RH湿度标注与HM024 80% RH湿度标准.

技术参数